

TL218    Herzschrittmacher können auch durch die Aussendung einer Amateurfunkstelle beeinflusst werden.  
Gibt es einen zeitlichen Grenzwert für die Einwirkdauer ?

Lösung:    Nein, die Feldstärke beeinflusst unmittelbar, also zeitunabhängig.

Denn der Herzschrittmacher wird ja unmittelbar durch die zu hohe Feldstärke außer Betrieb gesetzt.

Nicht erst nach einem Zeitablauf oder einem Mittelwert.

Patient war sofort tot, (nach Schabowski: "unverzüglich") - Funkamateure grubelt heute noch.